

Протокол *№24*
об итогах тендера по закупке медицинских изделий.

г.Нур-Султан

«01» *июля* 2020 года

1. Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель тендерной комиссии:

Калимкулов А.М. – и.о. заместителя директора по медицинской части;

1) Члены тендерной комиссии:

Мамаева Р.Т. – заместитель директора по финансово-хозяйственной части;

Салькова Г.К. – начальник отдела государственных закупок;

3) Секретарь комиссии:

Мукушева А.Ж. – менеджер отдела государственных закупок.

провела тендер по закупке медицинских изделий для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская детская больница №2» акимата города Нур-Султан.

2. Запросов от потенциальных поставщиков по разъяснению положений Тендерной документации не поступало.

3. В тендерную документацию изменения и дополнения – не вносились.

4. Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления заявок
1	ТОО «А-37»	г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус 15	22.06.20г. 09:20 ч
2	ТОО «Казахстан Дәрілері»	г. Алматы, ул. Амангельды, д. 59А, н.п. 2А	24.06.20г. 09:20 ч

5. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений по соответствию предложенных в заявке на участие в тендере по закупке изделий медицинского назначения для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская детская больница №2» акимата города Нур-Султан – не привлекались.

6. Наименование и краткое описание товаров, сумма закупки:

№	Наименование	Тех. спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Шунтирующая система Contoured	Шунтирующая система контурная, малая состоит из клапана контроля оттока СМЖ с кардиоперитонеальными/перитонеальными и вентрикулярными катетерами. Клапаны с контролем оттока СМЖ производятся из двух различных материалов – полипропилена и силикона,	шт	30	195 300	5 859 000

исключающих слипание и деформацию клапанов. Простое внутреннее устройство, в сочетании с надежной мембранной конструкцией, обеспечивает оптимальную работу клапана. Клапаны контурные включают в себя центральный резервуар для инъекций и взятия проб ликвора (выдерживает не менее 300 проколов при использовании иглы 25 Gauge и тоньше), а также один или два окклюдера для осуществления выборочной промывки. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора, места соединения с катетерами и градацию по давлению. Катетеры, входящие в состав систем, производятся из силикона (без примеси латекса), что препятствует их слипанию и петлеобразованию. Защелкивающиеся шунтирующие системы включают интегрированный вентрикулостомический резервуар с защелкой, предназначенной для соединения с катетером, имеющим аналогичную систему крепления. Такое соединение не требует фиксации компонентов системы лигатурой, что сокращает время установки шунта и сводит к минимуму возможность травмы при ревизии.

Отсутствие металлических деталей в клапанах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР исследования. Давление среднее.

В комплект входят:

- Клапан контурный с контролем оттока СМЖ, малый
- Вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом, наружный диаметр 2.1 мм, внутренний диаметр 1.2 мм. 4 ряда по 8 отверстий на протяжении 1.6 см от дистального края. 3 маркера длины через 5 см от проксимального конца.
- Кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием, внутренний диаметр 1.3 мм, наружный диаметр 2.5 мм, длина - 90 см. 4 щелевых отверстия, расположенных под углом 90° в стенке катетера на дистальном конце, 3 маркера длины, через 10 см от дистального конца.

Размеры клапана: длина - 25 мм, ширина - 12 мм, высота камеры - 5.5 мм, диаметр камеры до 10 мм.

Итого:

5 859 000

7. Следующие потенциальные поставщики, допущенные на участие в тендере соответствует требованиям тендерной документации и квалификационным требованиям, указанным в главе 3 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила):

№	Наименование потенциального поставщика	Соответствие квалификационным требованиям
1	ТОО «А-37»	Соответствует
2	ТОО «Казахстан Дәрілері»	Соответствует

Информация о соответствии потенциальных поставщиков технической спецификации, заявленным в тендерной документации (комиссия):

№	Наименование потенциального поставщика	Соответствие требованиям тендерной документации
1	ТОО «А-37»	Соответствует по лоту №1
2	ТОО «Казахстан Дәрілері»	Соответствует по лоту №1

8. Таблица цен потенциальных поставщиков:

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «А-37»	ТОО «Казахстан Дәрілері»
1	Шунтирующая система Contoured	шт	30	195 300	5 859 000	186 000	190 000

9. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения тендерных заявок потенциальных поставщиков **РЕШИЛА:**

- в соответствии п. 85 Правил признать победителем **ТОО «А-37»** г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, корпус 15 по лоту №1 Шунтирующая система Contoured, малая на общую сумму 5 580 000 (пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) тенге.

признать вторым победителем ТОО «Казахстан Дәрілері» г. Алматы, ул. Амангельды, д. 59А, н.п. 2А по лоту №1 Шунтирующая система Contoured, малая на общую сумму 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) тенге.

10. В течении 5 (пяти) календарных дней заключить договор о закупке медицинских изделий с победителем тендера.

11. Организатору закупок, в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, письменно уведомить всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера, путем направления уведомления и копии протокола




итогов потенциальным поставщикам, с размещением протокола об итогах тендера на веб-сайте Заказчика.

За данное решение единогласно проголосовали:

«ЗА» – 3 (три) голоса: Калимкулов А.М., Мамаева Р.Т., Салькова Г.К.

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

- 1) **Председатель тендерной комиссии** _____  Калимкулов А.М.
- 2) **Члены тендерной комиссии** _____  Мамаева Р.Т.
- _____  Салькова Г.К.
- 3) **Секретарь комиссии** _____  Мукушева А.Ж.